

Dotyczy: dostawa karetki - ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.05.2020 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zatwierdził odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu. W związku z tym na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania jednocześnie na podst. art. 38 ust. 4 ustawy modyfikujemy treść SIWZ.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?
Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że ambulans powinien posiadać miejsce mocowania na pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz i lewarek poza przedziałem medycznym, które to wyposażenie będzie przewożone przez ambulans w czasie normalnej eksploatacji ?

Zamawiający potwierdza, że ambulans powinien posiadać miejsce mocowania na pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz i lewarek wraz z kołem zapasowym i w tym zakresie modyfikuje zał. 1a

Pytanie 4.

Prosimy o podanie średniego rocznego przebiegu dotychczas użytkowanego ambulansu przez szpital ?

Ok. 50 tys. km

Pytanie 5

Prosimy o zgodę na zmianę kryterium z „gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy bez limitu km” na „fabryczna przedłużona gwarancja z limitem 200 tys. km ?

Wyjaśniamy, że dodatkowa gwarancja którą oferują wszyscy producenci samochodów posiada maksymalne ograniczenie 200 tys. km. Żaden z producentów nie oferuje dodatkowej gwarancji bez limitu km. Jeżeli kryterium nie zostanie zmienione wszyscy wykonawcy „ w ciemno” doliczą zawyżony koszt dodatkowej gwarancji, czyli tak naprawdę Zamawiający przeplaci jej normalny koszt.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę tego parametru i w tym zakresie modyfikuje zał. 1a paragraf 6 ust 1 pkt 1 umowy, rozdz. XXII SIWZ oraz formularz ofertowy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 120 kW (165 KM), o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm i pojemności skokowej 2299 cm³ ?

Zgodnie z siwz.

Pytanie 7

Prosimy o zmianę zapisów w paragrafie 6 pkt 11 projektu umowy i zmianę terminu z 4 na 5 dni ?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z 4 na 5 dnia i w tym zakresie modyfikuje paragraf 6 ust 11 umowy

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza fotel u wezglowia noszy bez funkcji przesuwu, jeżeli jego umiejscowienie umożliwia bezproblemową opiekę nad pacjentem ?

Zamawiający dopuszcza i w tym zakresie modyfikuje zał. 1a

Usunięto zapis „posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezglowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie)” z pkt XI Przedział medyczny i jego wyposażenie.

Pytanie 9

Prosimy o rezygnację z wymogu mycia ciśnieniowego transportera noszy i dopuszczenie innych sposobów mycia i dezynfekcji ?

Powyższy wymóg spełnia tylko jeden producent.

Zamawiający dopuszcza inne sposoby mycia i dezynfekcji noszy i w tym zakresie modyfikuje zał. 1a

10. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Zamawiający wyjaśnia, że przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje paragraf 6 ust 11 umowy, który otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązany jest serwisować ambulans na koszt Zamawiającego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w odległości nie dalszej niż 60 km od miejsca stacjonowania ambulansu lub zabezpieczyć Zamawiającego poprzez dostarczenie zastępczego ambulansu spełniającego takie same parametry jak ambulans serwisowany, w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowe od chwili rozpoczęcia działań serwisowych”

11. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Zamawiający wyjaśnia, że przeglądy okresowe sprzętu medycznego nie mają być wliczone w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił.

12. Jeśli Zamawiający wymaga przeglądów sprzętu medycznego prosimy o potwierdzenie, iż mają one być wykonywane w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający wyjaśnia, iż przeglądy sprzętu medycznego mogą odbywać się poza siedzibą Zamawiającego

13. Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu samochodu bazowego.

50 tys km

14. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach

15. Dotyczy OPZ, Nadwozie, pkt. 17 – Prosimy o dopuszczenie mocowania deski ortopedycznej dla dzieci w przedziale medycznym w miejscu specjalnie do tego przystosowanym.

Zamawiający dopuszcza mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci w przedziale medycznym w miejscu specjalnie do tego przygotowanym. W związku z powyższym modyfikuje zał. 1 a .

16. Dotyczy OPZ, Nadwozie, pkt. 17 – Prosimy o potwierdzenie, iż pojemnik reimplantacyjny jest po stronie Zamawiającego, a Wykonawca ma jedynie zapewnić miejsce jego mocowania.

Zamawiający potwierdza , iż pojemnik reimplantacyjny jest po stronie Zamawiającego, a Wykonawca ma jedynie zapewnić miejsce jego mocowania.

17. Dotyczy OPZ, Nadwozie, pkt. 17 – Prosimy o podanie wymiarów pojemnika reimplantacyjnego, który będzie przewożony w ambulansie, abyśmy mogli zapewnić odpowiednią ilość miejsca.

Szerokość 32 cm, głębokość 26 cm, wysokość 25 cm

18. Dotyczy OPZ, Nadwozie, pkt. 23 – Prosimy o dopuszczenie dostawy zestaw narzędzi z podnośnikiem oraz zestawu naprawczy do uszkodzonych opon. Koło zapasowe zostanie dostarczone luzem.

Koło zapasowe powinno znajdować się w miejscu przeznaczonym do jego mocowania.

19. Dotyczy OPZ, Przedział medyczny i jego wyposażenie, pkt. 1 – Prosimy o dopuszczenie szafki zamykanej na zamek szyfrowy zamiast kluczyka. Z doświadczenia wiemy, że kluczyk może się złamać, bądź zostać zgubiony.

Zamawiający dopuszcza i w tym zakresie modyfikuje zał. 1a

20. Dotyczy OPZ, Przedział medyczny i jego wyposażenie, pkt. 1 – Prosimy o dopuszczenie uchwytu na butlę tlenową o pojemności 2,7 l , która jest standardowo stosowana w ambulansach.

Zamawiający dopuszcza i w tym zakresie modyfikuje zał. 1a

21. Dotyczy OPZ, Przedział medyczny i jego wyposażenie, pkt. 1 – Prosimy o dopuszczenie sterowania oświetleniem zewnętrznym z przedziału medycznego za pomocą osobnych włączników, nie będących częścią panelu sterowania.

Zamawiający dopuszcza i w tym zakresie modyfikuje zał. 1a

22. Dotyczy OPZ, Przedział medyczny i jego wyposażenie, pkt. 1 – Prosimy o doprecyzowanie, czy poprzez sufitowy punkt poboru tlenu, plus przepływomierz Zamawiający ma na myśli gniazdo tlenowe typu Aga zamontowane w suficie + przepływomierz, czy też przepływomierz ścienny montowany w zabudowie, połączony z wtykiem tlenowym umieszczonym w suficie?

Zamawiający wyjaśnia, iż poprzez sufitowy punkt poboru tlenu, plus przepływomierz rozumie gniazdo tlenowe typu Aga zamontowane w suficie + przepływomierz

23. Prosimy o wyjaśnienie czy opisana lodówka, ma być umieszczonym w zabudowie meblowej przedziału medycznego pojemnikiem termoizolacyjnym zasilanym z sieci 12V i zapewniającym utrzymanie temperatury niższej o 20 stopni od temperatury otoczenia (najniższa możliwa temperatura to 5 stopni Celsjusza) czy też ma

być lodówką sprężarkową umożliwiającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia?

Wyjaśnienie: W ambulansach stosowane są zarówno pojemniki termoizolacyjne tzw. coolboxy jak i „lodówki sprężarkowe”. Różnica między nimi jest tak że lodówka posiada sprężarkę zapewniającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury powietrza i jest trzy razy droższa od pojemnika termoizolacyjnego.

Zamawiający wyjaśnia , że lodówka ma być lodówką sprężarkową umożliwiającą utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia. Zamawiający w tym zakresie modyfikuje zał. 1a

24. Dotyczy OPZ, Łączność radiowa – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga zaoferowania radiotelefonu przewoźnego oraz przenośnego.

Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga.

25. Dotyczy OPZ, Łączność radiowa – Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu, który będzie przewożony w ambulansie, abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt do jego zamocowania.

Motorola DM 3601

26. Prosimy o podanie marki i modelu tabletu jaki będzie użytkowany w ambulansie.

Durabook E+R11AH2

27. Prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie użytkowana w ambulansie.


Brother TJ-762

28. Prosimy o podanie marki i modelu modułu GPS jaki będzie użytkowany w ambulansie

Teltonika FM 3300

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający informuje, iż przesunięciu ulega termin do złożenia i otwarcia ofert z dnia 22.05.2020 r. na dzień 25.05.2020r. Godziny do złożenia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Zmodyfikowany zał. 1a, formularz ofertowy oraz umowa stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich

Grzegorz Stangreziak